



AŞI BUZDOLABI ACİL EYLEM PLANI

Doküman No	SHB.PL.01
Yayın Tarihi	01.05.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1/1

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE VEYA BUZDOLABININ BOZULMASI HALİNDE SOĞUK ZİNCİRİN KIRILMAMASI İÇİN UYGULANACAK ACİL EYLEM PLANI

1. BUZDOLABININ BUZLUK KISMINDA BULUNAN BUZ AKÜLERİNİ BUZDOLABININ KAPAĞINA YERLEŞTİRİN

AŞILAR RAFLARDA KALMALIDIR.!!

BUZDOLABININ KAPAĞI KESİNLİKLE AÇILMAMALIDIR.!!

2. AŞI SORUMLULARINA HABER VERİLİR

- SORUMLU HEMŞİRE NURAY PELİT
- HEMŞİRE HÜLYA KAYA

3. BUZDOLABINDA ARIZA MEVCUTSA, AŞI SORUMLULARI DİĞER BELİRLENEN AŞI BUZDOLABINA AŞILARI DERHAL AKTARMALIDIR.

4. GEREKLİ OLDUĞU HALDE; KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ) İL AŞI SORUMLUSU MEHMET BURUK (TEL: 536 867 86 27)'A AŞILAR TESLİM EDİLİR. İLGİLİ KİŞİYE ULAŞILAMAZSA, SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE 24 SAAT MEVCUT OLAN NÖBETÇİ YARDIMIYLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA NAKLEDİLEBİLİR.

(TEL: 222 69 96 DAHİLİ:189)

5. 2 SAATİ AŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ DURUMUNDA BİNAMIZIN DEPOSUNDA BULUNAN JENERATÖR KULLANILABİLİR. JENERATÖR 18 SAAT SÜRESİNCE CİHAZIN ÇALIŞIR HALDE KALMASINI SAĞLAR. (YAKIT TAKVİYESİNDE BU SÜRE UZAYABİLİR.) CİHAZ BUZDOLABINA BAĞLANIR. DİĞER AŞI DOLABINDAKİ AŞILAR DA CİHAZIN BAĞLI BULUNDUĞU DOLABA AKTARILIR.

GEREKLİ TELEFONLAR

1. HASTANE AŞI SORUMLULARI

Sorumlu Hemşire Nuray Pelit İletişim: 05423519104. Yedek Hemşire Hülya Kaya İletişim: 05364760798

2. İL AŞI SORUMLUSU

2.1. Mehmet Buruk İletişim: 0536 867 86 27

3. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NÖBETÇİSİ (24 SAAT): 22 69 96 DAHİLİ:189

4. BEKO YETKİLİ SERVİSİ: 0352 231 87 93

Hazırlayan
Birim Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim