



AĞIZ, DIŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
RÖNTGEN BİRİMİ ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No	KKU.TL.07
Yayın Tarihi	19.02.2018
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	--
Sayfa No	Sayfa 1 / 2

Birim	Diş Hekimliği Fakültesi
Görev Adı	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği, Röntgen Birimi Çalışma Talimatı
Amir ve Üst Amirler	Dekan, Anabilim Dalı Başkanı
Birim Sorumlusu	Anabilim Dalı Başkanı
Görev Devri	
Görev Amacı	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği, Röntgen Biriminde yürütülen faaliyetlerin tanımlanmasıdır.
İş akış Süreci	<p>DİJİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK RÖNTGEN</p> <ul style="list-style-type: none">Diğer kliniklerden gelen hastaların radyogram istekleri otomasyon sistemi üzerinden yapılır. Muayene ve tedavi planlaması için başvuran hastaların ise radyogram istekleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinden bilgisayar otomasyon sistemine hekimin uygun gördüğü tetkik isteği kaydedilir.Bilgisayar sistemine kayıt edilen hasta birim sekreteri tarafından çekilecek röntgen çeşidine göre sıraya koyulur. Sıraya koyulan dosyalar röntgen teknisyenince çağırılarak çekim odasına alınır. Uygun pozisyon verilerek çekimi yapılır.Çekimi tamamlanan radyogramlar otomasyon sistemine yüklenir ve isteyen hekimin görmesi sağlanır. <p>DIŞ RÖNTGENİ (PERİAPİKAL)</p> <ul style="list-style-type: none">Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinden bilgisayar otomasyon sistemine diş hekiminin uygun gördüğü tetkik isteği kaydedilir.Hasta çekim odasına alınır. Radyasyon uygulamasına başlamadan önce ihtiyaç olan koruyucu materyal, el ve göz ile muayene edilerek hastaya giydirilir. Kontrol esnasında şüpheye düşüldüyse materyal kesinlikle kullanılmaz ve klinik sorumlusu öğretim üyesine bildirilir.Radyografi işlemi sonlandırıldıktan sonra kullanılan materyal muhafaza edildiği yere uygun şekilde konulur. Koruyucu materyallerin çizilmeye, kırılmaya, çatlamaya ve delinmeye karşı kullanımı, muhafaza ve temizliği esnasında azami

Hazırlayan
Birim Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim



AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ RÖNTGEN BİRİMİ ÇALIŞMA TALİMATI

Doküman No	KKU.TL.07
Yayın Tarihi	19.02.2018
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	--
Sayfa No	Sayfa 2 / 2

dikkat gösterilir.

- İhtiyaç halinde bu materyallerin gerekli hassasiyet gösterilerek temizliği yapılır. Koruyucu materyaller (kurşun önlük, tiroid koruyucu) hasta güvenliği için kullanılır. Kullanımdan önce mutlaka gerekli kontrolleri yapılır. Hastanın durumuna (hamilelik vb.) ve istenilen tetkike göre ihtiyaç olan koruyucu materyal uygun şekilde kullanılır. 6 ayda bir koruyucu materyal kontrol edilir.Kontrol sonuçları kayıt altına alınır.

- Uygun pozisyon verilerek çekimi yapılır.
- Çekimi tamamlanan radyogramlar otomasyon sistemine yüklenir.
- Hasta tekrar ilgili kliniğe yönlendirilir.

Her gün röntgen çekimine başlamadan önce;

- Laboratuvarın zemin temizliği,
- Kullanılan röntgen cihazı ve eklerinin kullanılabilirliği ve temizliğinin kontrolü,
- Röntgen cihazının çekime hazırlanması işlemleri yapılır.

:

Hazırlayan
Birim Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim