



## STERİLİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

Döküman No	DOH.TL.04
Yayın Tarihi	25.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1 / 1

**1.AMAÇ:** Sterilizasyon ünitesinin temizlik hizmetlerinin uygun ve zamanında yapılabilmesi ve enfeksiyonların önlenmesi

**2.KAPSAM:** Merkezimiz sterilizasyon ünitesini kapsar.

### 3.KISALTMALAR:

(NaClO) : Sodyum Hiypoklorit

SÜ: Sterilizasyon Ünitesi

### 4.TANIMLAR

**Sodyum Hiypoklorit:** (NaClO) bir tür tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır

**Kontamine:** Bakteri ve virüslerle kirlenmiş, bulaşma.

**5.SORUMLULAR:** Sterilizasyon ünitesinin temizlik hizmetlerinden sorumlu personeli, sterilizasyon birim sorumlusu ve enfeksiyon hemşiresi.

### 6. FAALİYET AKIŞI:

1. Temizlikten sorumlu personel temizlik hizmetleri esnasında koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır.

2. Sterilizasyon ünitesinde kullanılan temizlik ekipmanları başka birimlerde kullanılamaz.

3. Temizlik hizmetleri idarenin belirlediği saatlerde günde **3 kez** yerine getirilir. Ve ilgili forma kayıt edilir .Kontrolü sorumlular tarafından yapılır.Temizlik takip formuna işlenir.

4. Öncelikle sterilizasyon ünitesinin zemini mop yardımıyla temizden kirliye, yukarıdan aşağıya ve içeriden dışarıya doğru olacak şekilde planlanır ve uygulanır. Kaba artıklar faraş yardımıyla kaldırılır.

5. Lavabo ve tezgahlar, kontamine olma olasılığı bulunan duvar ve yüzeyler hızlı yüzey dezenfektan sıkılarak **2 dak** beklendikten sonra 1/10 luk sodyum Hiypoklorit solüsyonu ile silinir.

6. Daha sonra yer temizliği de paspas yardımıyla yine sodyum Hiypoklorit solüsyonundan mavi kovaya 1 lt ye 10 ml. Kırmızı kovaya 5 ml. olacak şekilde hazırlanmış solüsyonlarla yapılır.Paspas öncelikle kırmızı kovada ıslatılıp sıkılır, sonra mavi kovada bulunan solüsyonda aynı işlem tekrarlanır ve yüzey silinir.Paspas kirlendikçe aynı sıra ile tekrarlanır.Temizlik tamamlandıktan sonra paspaslar iyice yıkanarak kurumaya bırakılır.

7. Haftalık temizlikte günlük kullanım dışı kalan alanlar düzenlenerek toparlanır ve %5 lik dezenfektan solüsyonlarla(1 lt.ye 5ml. Sodyum Hiypoklorit solüsyonu) silinip geri yerleştirilir.

Hazırlayan  
Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu

Kontrol Eden  
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan  
Başhekim